



**ТОВ "Джей Ес Україна"**  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766  
п/р UA53305299000026002004903502 ПАТ КБ «Приватбанк»

## Медико-технічні вимоги

### Шпатель отоларингологічний JS пластиковий

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути для проведення маніпуляцій та досліджень ротової порожнини людини.
2	Повинен бути виготовлений з прозорого пластику.
3	Повинен мати гладку поверхню і краї
4	Повинен мати рівні бічні сторони та заокруглені торцеві краї.
5	Повинен мати розміри: Довжина шпателя 150 мм Ширина шпателя 19 мм Товщина шпателя 2,0 мм
6	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.
7	Повинен бути для одноразового використання.
8	Повинен мати індивідуальне пакування.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.