



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 / ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Шпатель цервікальний (Ейра) JS

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути призначений для отримання ектоцервікальних мазків і мазків заднього склепіння, з поверхні слизової піхви, зіву цервікального каналу і уретри.
2	Повинен складатися з рукоятки, на протилежних кінцях якої розміщені дві робочі частини у вигляді лопаток з перфорацією, різного розміру та форми.
3	Повинен бути виготовлений з білого поліпропілену.
4	Повинен мати розміри: Довжина виробу: 180±3 мм. Ширина робочих частин: 15 мм - з однієї сторони; 20 мм – з іншої сторони. Довжина робочих частин: 40±2 мм - з однієї сторони; 20 мм – з іншої сторони.
5	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.
6	Повинен бути для одноразового використання.
7	Повинен мати індивідуальне пакування.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.