



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 / ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Система переливання інфузійних розчинів з металевою голкою JS

№ п/п	Характеристики
1	Повинна бути для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів.
2	Повинна мати прозору трубку, виготовлену з полівінілхориду.
3	Повинна мати металеву атравматичну голку з трьохгранною заточкою.
4	Розмір ін'єкційної голки 0,8*38 мм.
5	Повинна мати повітровід, що складається з металевої голки та повітряного фільтру
6	Повинна мати роликотий регулятор швидкості потоку
7	Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною
8	Повинна бути для одноразового використання
9	Повинна мати індивідуальне пакування

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.