



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 / ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Скло предметне JS з нешліфованими краями

| № п/п | Характеристики |
|-------|--|
| 1 | Повинне бути призначене для проведення мікроаналітичних досліджень в клініко-діагностичних, санітарно-гігієнічних, харчових та інших лабораторіях. |
| 2 | Повинне бути виготовлене з безбарвного силікатного скла |
| 3 | Повинне мати плоску і рівну поверхню, рівномірну товщину і абсолютну прозорість |
| 4 | Повинне бути з нешліфованими краями |
| 5 | Повинне мати розміри: 25x76 мм |
| 6 | Повинне мати товщину 1 мм |
| 7 | Повинне мати пакування по 50 шт. |

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.