



**ТОВ "Джей Ес Україна"**  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766  
п/р UA53305299000026002004903502 ПАТ КБ «Приватбанк»

## Медико-технічні вимоги

### Степлер для обрізання JS

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути призначений для проведення операції циркумцизію у пацієнтів з надмірним розростанням крайньої плоті, фімозом тощо (за показаннями).
2	Повинен складатися з пластикового або металевого ковпачка на штоку, комплекту для перезарядки, страхувальної дужки/кнопки, затискних рукояток, регулювального гвинта, захисного кільця для кругового ножа.
3	Збірка і корпус кільцевого степлера повинні бути здатні плавно збиратись і розбиратись. Механізм безпеки повинен бути гнучким і безпечним у використанні. Петлевий степлер повинен мати хороші шви, а кінець головки степлера повинен бути гострим.
4	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.
5	Повинен бути для одноразового використання.
6	Повинен мати індивідуальне пакування.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.