



ТОВ "Джей Ес Україна"  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766  
п/р UA53305299000026002004903502 / ПАТ КБ «Приватбанк»

## Медико-технічні вимоги

### Утримувач голки

| № п/п | Характеристики   |
|-------|--|
| 1     | Повинен бути призначений для трикомпонентної вакуумної системи забору крові та є обов'язковим компонентом для фіксації вакуумної пробірки та двосторонньої голки при взятті крові у пацієнта |
| 2     | Повинен бути виготовлений із прозорого пластику  |
| 3     | Повинен бути оснащений центральним різьбленням для фіксації голки  |
| 4     | Повинен бути сумісним зі стандартними вакуумними пробірками та двосторонніми голками для забору крові  |
| 5     | Повинен мати розміри:<br>Діаметр $17 \pm 1,0$ мм та $20 \pm 1,0$ мм<br>Висота $52 \pm 1,0$ мм  |
| 6     | Повинен бути для одноразового використання але може використовуватися для взяття крові в різні пробірки за одну процедуру  |
| 7     | Повинен мати пакування по 25 шт  |

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.