



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Зонд шлунковий JS з провідником

№ п/п	Характеристики
1	Повинен використовуватись для шлункового зондування.
2	Повинен мати гладку поверхню.
3	Повинен бути виготовлений з медичного імплантаційно-нетоксичного поліуретану.
4	Повинен мати металевий провідник у вигляді пружини з медичної нержавіючої сталі
5	Повинен мати атравматичний дистальний кінець заокругленої форми.
6	Повинен мати закритий кінець та 4 бокові отвори.
7	Повинен мати рентгенконтрастну смужку.
8	Повинен мати кольорове кодування конектора.
9	Повинен мати кришку з перехідником «універсальний конектор / Луер»
10	Повинен мати розміри: 14; 16
11	Повинен мати довжину не менше 850 мм.
12	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.
13	Повинен бути для одноразового використання.
14	Повинен мати індивідуальне пакування.
15	Повинен бути укладений при пакуванні у вигляді кільця (без перегинів)

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.