



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Зонд шлунковий JS, розміри: 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22

| № п/п | Характеристики |
|-------|---|
| 1 | Повинен бути призначений для шлункового зондування. |
| 2 | Повинен бути виготовлений з медичного прозорого полівінілхлориду. |
| 3 | Повинен мати гладку поверхню. |
| 4 | Повинен мати закритий атравматичний дистальний кінець заокругленої форми. |
| 5 | Повинен мати 4 бокові отвори на дистальному кінці |
| 6 | Повинен мати рентгенконтрасну смужку. |
| 7 | Повинен мати кольорове кодування конектора. |
| 8 | Повинен мати розміри: 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22 |
| 9 | Повинен мати довжину 1100 мм. |
| 10 | Повинен мати позначки для точного розміщення зонда |
| 11 | Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним. |
| 12 | Повинен бути для одноразового використання. |
| 13 | Повинен мати індивідуальне пакування. |

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.