



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Зонд урогенітальний ультра JS

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути призначений для взяття біологічного матеріалу з поверхні слизової піхви, шийки матки, з цервікального каналу і уретри, дозволяє провести цитологічний і бактеріологічний аналіз.
2	Повинен складатися з голівки (робоча частина), виготовленої з матеріалу- дакрон і ручки (матеріал- поліпропілен)
3	Повинен мати розміри: Довжина зонда (робоча частина+ ручка): 150 ±3 мм Довжина робочої частини (з ворсовим покриттям): 20 ±2 мм Діаметр робочої частини (з ворсовим покриттям): 2 мм
4	На ручці зонда повинна бути поперечна насічка, яка дозволяє за необхідності відламати кінець з робочою частиною і мазкомта покласти її в пробірку для транспортування в лабораторію.
5	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.
6	Повинен бути для одноразового використання.
7	Повинен мати індивідуальне пакування.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.