



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів із заглушкою JS
розмір 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути призначений для видалення рідин з біологічних порожнин (аспірації вмісту з трахеобронхіального дерева), для санації і аспірації вмісту з ендотрахеальної і трахеостомічної трубок, верхніх дихальних шляхів, ротової і носової порожнин
2	Повинен бути виготовлений з медичного прозорого полівінілхлориду
3	Повинен мати гладку поверхню
4	Повинен мати відкритий атравматичний дистальний кінець
5	Повинен мати два латеральних отвори на дистальному кінці
6	Повинен мати конектор типу Капкон, що відповідає з'єднувальним елементам будь-якого аспіраційного обладнання
7	Повинен мати кольорове кодування конектора
8	Повинен мати розміри: 6; 8; 10; 12; 14; 16, 18, 20
9	Повинен мати довжину 50 см.
10	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним
11	Повинен бути для одноразового використання
12	Повинен мати індивідуальне пакування

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.