



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Ланцет захищений з вертикальною активацією розмір 21G (2.2 мм глибина)

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути призначений для для проколу шкіри (найчастіше, пальця) при заборі капілярної крові на аналіз
2	Повинен бути типу скарифікатор-автомат (автоматичний скарифікатор)
3	Повинен мати пластиковий корпус
4	Повинен мати голку, виготовлену з нержавіючої сталі, закриту захисним ковпачком, а після використання голка повинна повертатися в корпус ланцета
5	Повинен автоматично спрацьовувати при строго перпендикулярному тиску на передбачуване місце проколу
6	Повинен мати силу проникнення $\leq 1,2$ Н
7	Повинен мати розмір голки 21G Діаметр 0.81 ± 0.02 мм Глибина проколу шкіри 2.2 ± 0.4 мм
8	Повинен мати кольорове кодування
9	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.
10	Повинен бути для одноразового використання.
11	Повинен мати пакування по 100 шт. в упаковці

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.