



ТОВ "Джей Ес Україна"  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766  
п/р UA53305299000026002004903502 ПАТ КБ «Приватбанк»

## Медико-технічні вимоги

Сечоприймач 2000 мл JS, зі зливним клапаном та з'єднувальною трубкою 90см

№ п/п	Характеристики
1	Повинен застосовуватися для збору сечі (урини) через катетер із сечового міхура у дорослих.
2	Повинен мати об'єм, не менше 2 000 мл.
3	Повинен бути виготовлений з поліетилену
4	Повинен складатись з : мішка для збору урини; хрестоподібного клапана зливу; з'єднувальної трубки.
5	Повинен мати прозорі стінки мішка
6	Повинен мати довгу гнучку трубку 90см
7	Повинен мати конічний конектор з ковпачком.
8	Повинен мати клапан проти зворотного току сечі.
9	Повинен підходити до будь-якого розміру і типу катетера
10	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним
11	Повинен бути для одноразового використання
12	Повинен мати індивідуальне пакування

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.