



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Система переливання інфузійних розчинів (світлозахищена),
з внутрішньовенною голкою та металевою голкою до ємності JS

№ п/п	Характеристики
1	Повинна бути призначена для внутрішньовенного вливання світлочутливих інфузійних розчинів.
2	Повинна мати трубку та крапельну камеру, виготовлені з полівінілхлориду з додаванням ультрафіолетового фільтра.
3	Повинна мати металеву атравматичну голку з трьохгранною заточкою.
4	Розмір ін'єкційної голки 0,8*26 мм.
5	Повинна мати повітровід, що складається з металевої голки та повітряного фільтру
6	Повинна мати роликовий регулятор швидкості потоку.
7	Повинна мати фільтр рідини для додаткової фільтрації інфузійних розчинів
8	Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною.
9	Повинна бути для одноразового використання
10	Повинна мати індивідуальне пакування.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.