

Система переливання інфузійних розчинів JS
(Луер Лок)

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинна бути для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів.	
2	Повинна мати прозору трубку, виготовлену з полівінілхориду.	
3	Повинна мати металеву атравматичну голку з трьохгранною заточкою.	
4	Розмір ін'єкційної голки 0,8*38 мм.	
5	Тип з'єднання ін'єкційної голки Луер Лок	
6	Повинна мати повітровід, що складається з металевої голки та повітряного фільтру.	
7	Повинна мати роликівий регулятор швидкості потоку.	
8	Повинна мати фільтр рідини для додаткової фільтрації інфузійних розчинів	
9	Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною.	
10	Повинна бути для одноразового використання	
11	Повинна мати індивідуальне пакування.	