

Амніотом JS

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинен бути призначений для розкриття плодового міхура під час пологів, кесаревого розтину	
2	Повинен бути виготовлений з білого ABS-пластику	
3	Повинен мати гладку поверхню і заокруглення без задирок і шорсткостей	
4	Повинен мати на заокругленому кінці (голівці) гострий гачок під кутом 60°, для розкриття оболонки плодового міхура	
5	Повинен мати довжину 250 мм	
6	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
7	Повинен бути для одноразового використання.	
8	Повинен мати індивідуальне пакування.	