

Аплікатор, бавовняна верхівка, дерев`яний стрижень JS

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинен бути призначений для взяття біологічного матеріалу для подальшого лабораторного вивчення, а також для обробки ран розчинами та іншими видами лікарських засобів.	
2	Аплікатор повинен бути виготовлений з дерев`яної палички і медичної очищеної бавовняної вати	
3	Ватний тампон повинен бути намотаний щільно	
4	Повинен мати розміри: 150 мм × Ø 2.2 мм Діаметр тампона 5 мм ± 0.5 мм.	
5	Повинен бути стерильним, аспірогенним та нетоксичним.	
6	Повинен бути для одноразового використання.	
7	Повинен мати індивідуальне пакування.	