

Аплікатор цервікальний (тип Комбі) JS

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинен бути призначений для одномоментного забору матеріалу (епітелію) з двох гістологічно відмінних зон: шийки матки (ектоцервіксу) та цервікального каналу (ендоцервіксу) з метою проведення цитологічних досліджень.	
2	Повинен складатися з голівки (робоча частина), виготовленої з поліаміду, і ручки (матеріал - поліпропілен)	
3	Робоча частина повинна представляти собою гнучку рамку у вигляді ромба	
4	На ручці аплікатора повинна бути ковзаюча втулка, яка дозволяє випростати робочу частину в положення, придатне для нанесення матеріалу на предметне скло.	
5	Повинен мати розміри: Довжина аплікатора: 175 мм Довжина робочої частини: 37 мм.	
6	Повинен бути стерильним, аспірогенним та нетоксичним.	
7	Повинен бути для одноразового використання.	
8	Повинен мати індивідуальне пакування.	