

Аплікатор з віскозною кінцівкою, у транспортній пробірці, пластиковий
стрижень JS

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинен бути призначений для забору і транспортування біологічних зразків від пацієнта в лабораторію.	
2	Аплікатор повинен бути виготовлений з пластикової палички і медичної очищеної віскозної вати	
3	Ватний тампон повинен бути намотаний щільно	
4	Повинен мати розміри: 150 мм × Ø 2.2 мм Діаметр тампона 5 мм ± 0.5 мм.	
5	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
6	Повинен бути для одноразового використання.	
7	Повинен мати індивідуальне пакування.	