

Дзеркало гінекологічне JS, з поворотно-зубчастою фіксацією

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинне бути для огляду слизової піхви і шийки матки, забезпечення доступу при виконанні лікувально-діагностичних маніпуляцій.	
2	Повинне бути виготовлене з міцного, тепlopровідного, нетравматичного, прозорого полістиролу.	
3	Повинне складатися з: створки (верхня, нижня), робоче вікно (вікно візуалізації), фіксатор, 2 рукоятки	
4	Повинне бути з поворотно-зубчатою фіксацією.	
5	Повинне мати гладку поверхню.	
6	Повинне мати розміри: S, M	
7	Повинне бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
8	Повинне бути для одноразового використання.	
9	Повинне мати індивідуальне пакування.	