

Дзеркало гортанне, розмір L

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинне бути призначене для використання під час непрямої ларингоскопії, для огляду внутрішньої поверхні гортані і порожнини рота.	
2	Повинне складатися з ручки, виготовленої з медичного ABS-пластику, та дзеркала, виготовленого з полікарбонату (РС)	
3	Повинне мати гладку поверхню і краї	
4	Повинне мати розміри: Довжина ручки - 180 мм; Діаметр дзеркала розмір L – 20 мм.	
5	Повинне бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
6	Повинне бути для одноразового використання.	
7	Повинне мати індивідуальне пакування.	