

## Дзеркало носове JS

<b>№</b>	<b>Технічна вимога замовника</b>	<b>Відповідність (так/ні)</b>
1	Повинне бути призначене для розширення крил носа при проведенні різних оглядів (передня риноскопія), оперативних втручаннях і лікувальних процедурах в порожнині носа.	
2	Повинне бути виготовлене з медичного ABS-пластику та сталеві пружини.	
3	Повинне складатися з: 2 рукояток (створок), з'єднаних між собою заклепкою, розкриття яких здійснюється за допомогою сталеві пружини.	
4	Повинне мати гладку поверхню і краї.	
5	Повинне мати розміри: Довжина виробу 150 мм; Довжина робочої голівки 28 мм	
6	Повинне бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
7	Повинне бути для одноразового використання.	
8	Повинне мати індивідуальне пакування.	