

## Джгут венозний JS

<b>№</b>	<b>Технічна вимога замовника</b>	<b>Відповідність (так/ні)</b>
1	Повинен бути призначений для проведення внутрішньовенних маніпуляцій	
2	Повинен складатися з м'якої пружної гумовотканинної стрічки з наконечником і засувкою та пластикового корпусу	
3	Повинен мати довжину стрічки у вільному стані 40,0 см $\pm$ 1,0 см.	
4	Повинен мати ширину стрічки 2,5 см $\pm$ 0,1 см.	
5	Повинен бути апірогенним та нетоксичним.	
6	Повинен бути для багаторазового використання.	
7	Повинен мати індивідуальне пакування.	