

Ендотрахеальна трубка JS (без манжети), розмір 2.5; 3.0; 3.5; 4.0

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинна бути призначена для оральної або назальної інтубації	
2	Повинна бути виготовлена з прозорого нетоксичного полівінілхлориду, не містити латекс	
3	Повинна мати конектор 15мм з «вушками» для фіксації	
4	Повинна бути з рентгенконтрастною смужкою по всій довжині	
5	Повинна мати атрауматичний дистальний кінець з отвором по Мерфі	
6	Повинна мати розміри: 2.5; 3.0; 3.5; 4.0	
7	Повинна мати шкалу глибини інтубації з інтервалом 1 см	
8	Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною.	
9	Повинна бути для одноразового використання.	
10	Повинна мати індивідуальне пакування.	