

Ендотрахеальна трубка JS з манжетою, розмір 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинна бути призначена для оральної або назальної інтубації	
2	Повинна бути виготовлена з прозорого нетоксичного полівінілхлориду, не містити латекс	
3	Повинна мати манжету циліндричної форми, великого об'єму низького тиску	
4	Повинна мати конектор 15мм з «вушками» для фіксації	
5	Повинна бути з рентгенконтрастною смужкою по всій довжині	
6	Повинна мати атравматичний дистальний кінець з отвором по Мерфі	
7	Повинна мати розміри: 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0	
8	Внутрішній діаметр трубки (розмір) вказаний на пілотному балоні	
9	Повинна мати шкалу глибини інтубації з інтервалом 1 см	
10	Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною.	
11	Повинна бути для одноразового використання.	
12	Повинна мати індивідуальне пакування.	