

Голка для забору крові розмір 0,8 (21G)

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинна бути призначена для використання під час забору венозної крові вакуумною пробірною, в тому числі, для забору декількох проб за одну процедуру венепункції.	
2	Повинна бути двосторонньою, одна частина голки вводиться у вену пацієнта, а інша, закрита гумовою мембраною (клапаном), - для проколу гумової пробки в кришці пробірки	
3	Повинна мати футляр, який має етикетку з перфорацією, що є візуальним контролем цілісності упаковки.	
4	Повинна бути виготовлена з нержавіючої сталі.	
5	Розмір голки 21G; Діаметр голки 0,8 мм; Довжина голки 38 мм	
6	Повинна мати кольорове кодування футляру та канюлі, колір - зелений.	
7	Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною.	
8	Повинна бути для одноразового використання.	