

Голка внутрішньовенна типу "метелик"  
розмір: 0,8 (21G); 0,6 (23G); 0,5 (25G)

<b>№</b>	<b>Технічна вимога замовника</b>	<b>Відповідність (так/ні)</b>
1	Повинна бути для внутрішньовенних вливань лікувальних розчинів.	
2	Повинна мати трубку з типом з'єднання Луер Лок.	
3	Повинна мати голку з трьохгранною заточкою, виготовлену з матеріалу-нержавіюча сталь	
4	Повинна мати захисний ковпачок на голці.	
5	Повинна мати гнучкі крильця.	
6	Повинна мати кольорове кодування крилець для швидкого розпізнавання розмірів.	
7	Повинна мати прозору трубку, виготовлену з полівінілхориду.	
8	Довжина трубки не менше 250 мм	
9	Повинна мати розміри: 0,8 (21G); 0,6 (23G); 0,5 (25G)	
10	Повинна мати індивідуальне пакування.	
11	Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною.	
12	Повинна бути для одноразового використання	