

Хірургічне лезо

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинне бути для всіх видів хірургічних втручань	
2	Повинне бути орієнтовано та викладено в одну сторону.	
3	Повинне бути виготовленим з нержавіючої або карбонової сталі	
4	Поверхня леза з обох сторін повинна бути однаковою, гладкою, чистою, сухою, без іржі та корозії.	
5	Повинне мати розміри: 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25	
6	Повинне бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
7	Повинне бути для одноразового використання.	
8	Повинне мати індивідуальне пакування.	