

Канюля носова киснева розмір: дитячий

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинна бути призначена для кисневої терапії, коротко- та довгострокової подачі кисню через ніс від кисневого концентратора.	
2	Повинна бути виготовлена з прозорого нетоксичного полівінілхлориду (PVC).	
3	Повинна мати гладку поверхню.	
4	Повинна мати краї заокругленої форми.	
5	Повинна мати регулятор довжини петлі	
6	Повинна мати розмір: дитячий	
7	Повинна мати: - довжину 2300 мм; - зовнішній діаметр носових зубців не більше 3,2 мм; - внутрішній діаметр носових зубців не більше 2,2 мм; - інтервал між двома лініями носових зубців не більше 9,8 мм.	
8	Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною.	
9	Повинна бути для одноразового використання	
10	Повинна мати індивідуальне пакування.	