

Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів JS, розмір 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинен бути призначений для видалення рідин з біологічних порожнин (аспірації вмісту з трахеобронхіального дерева), для санації і аспірації вмісту з ендотрахеальної і трахеостомічної трубок, верхніх дихальних шляхів, ротової і носової порожнин	
2	Повинен бути виготовлений з медичного прозорого полівінілхлориду.	
3	Повинен мати гладку поверхню.	
4	Повинен мати відкритий атравматичний дистальний кінець	
5	Повинен мати два латеральних вічка на дистальному кінці	
6	Повинен мати конектор типу Вакон (Y-подібний конектор), що відповідає з'єднувальним елементам будь-якого аспіраційного обладнання	
7	Повинен мати отвір для ручного вакуум-контролю на конекторі катетера	
8	Повинен мати кольорове кодування конектора.	
9	Повинен мати розміри: 6; 8; 10; 12; 14; 16, 18	
10	Повинен мати довжину 50 см.	
11	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
12	Повинен бути для одноразового використання.	
13	Повинен мати індивідуальне пакування.	