

Катетер для годування (зонд для годування) JS, розміри: 5; 6; 8; 10

<b>№</b>	<b>Технічна вимога замовника</b>	<b>Відповідність (так/ні)</b>
1	Повинен бути для ентерального живлення, годування.	
2	Повинен бути виготовлений з медичного прозорого полівінілхлориду.	
3	Повинен мати гладку поверхню.	
4	Повинен мати закритий атравматичний дистальний кінець заокругленої форми.	
5	Повинен мати два латеральних вічка на дистальному кінці	
6	Повинен мати рентгенконтрасну смужку.	
7	Повинен мати конектор типу Луер Сліп з захисним ковпачком	
8	Повинен мати кольорове кодування конектора	
9	Повинен мати розміри: 5; 6; 8; 10	
10	Повинен мати довжину 500 мм.	
11	Повинен мати позначки для точного розміщення катетера.	
12	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
13	Повинен бути для одноразового використання.	
14	Повинен мати індивідуальне пакування.	