

## Катетер урологічний типу Нелатона жіночий JS

<b>№</b>	<b>Технічна вимога замовника</b>	<b>Відповідність (так/ні)</b>
1	Повинен бути для катетеризації сечового міхура у жінок.	
2	Повинен мати гладку поверхню.	
3	Повинен мати закритий атравматичний дистальний кінець заокругленої форми.	
4	Повинен мати два латеральних вічка.	
5	Повинен бути виготовлений з нетоксичного полівінілхлориду.	
6	Повинен мати кольорове кодування конектора.	
7	Повинен мати розміри: 6; 8; 10; 12; 14; 16, 18, 20	
8	Повинен мати довжину катетера не менше 20 см.	
9	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
10	Повинен бути для одноразового використання.	
11	Повинен мати індивідуальне пакування.	