

Катетер урологічний типу Фолея силіконовий 2-х ходовий JS,
розмір 16; 18; 20; 22, 24; 26

| № | Технічна вимога замовника | Відповідність (так/ні) |
|----------|--|-----------------------------------|
| 1 | Повинен бути для тривалої катетеризації сечового міхура. | |
| 2 | Повинен мати два ходи. | |
| 3 | Повинен мати атравматичний закритий дистальний кінець заокругленої форми. | |
| 4 | Повинен мати два бічні симетричні отвори з гладкими краями на закритому кінці. | |
| 5 | Повинен мати гладку поверхню. | |
| 6 | Повинен бути виготовлений з 100% силікону. | |
| 7 | Повинен мати розміри: 16; 18; 20; 22, 24; 26 | |
| 8 | Повинен мати кольорове кодування розмірів. | |
| 9 | Повинен мати безпечне і симетричне надування балона. | |
| 10 | Повинен мати об'єм балона від 3мл до 30мл (в залежності від розміру катетера) | |
| 11 | Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним. | |
| 12 | Повинен бути для одноразового використання. | |
| 13 | Повинен мати індивідуальне пакування. | |