

Катетер урологічний типу Фолея 3-х ходовий JS,
розмір 16; 18; 20; 22, 24; 26; 28

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинен бути для тривалої катетеризації сечового міхура та проведення лікувальних маніпуляцій.	
2	Повинен мати три ходи.	
3	Повинен мати атравматичний закритий дистальний кінець заокругленої форми.	
4	Повинен мати два бічні отвори з гладкими краями на закритому кінці.	
5	Повинен мати гладку поверхню.	
6	Повинен бути виготовлений з натурального латексу та оброблений силіконом	
7	Повинен мати розміри: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28	
8	Повинен мати кольорове кодування розмірів.	
9	Повинен мати безпечне і симетричне надування балона.	
10	Повинен мати об'єм балона від 3мл до 30мл (в залежності від розміру катетера)	
11	Повинен бути стерильним, апрогенним та нетоксичним.	
12	Повинен бути для одноразового використання.	
13	Повинен мати індивідуальне пакування.	