

Катетер внутрішньовенний з клапаном JS, розмір:

1,3мм (18G),

1,1мм (20G),

0,9 мм (22G),

0,7 мм (24G)

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинен бути призначений для довготривалих внутрішньовенних вливань лікувальних розчинів.	
2	Повинен мати боковий ін'єкційний порт з клапаном.	
3	Повинен мати голку з трьохгранною заточкою, виготовлену з матеріалу - нержавіюча сталь	
4	Повинен мати гнучкі крильця для зручної та безпечної фіксації.	
5	Повинен мати колірне кодування клапану за міжнародним стандартом - в залежності від розміру голки.	
6	Повинен мати 3 інтегровані рентгенконтрастні смужки.	
7	Повинен мати заглушку та канюлю з типом з'єднання Луер Лок.	
8	Повинен мати розміри: 1,3мм (18G), або 1,1мм (20G), або 0,9 мм (22G), або 0,7 мм (24G)	
9	Повинен мати індивідуальне пакування.	
10	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
11	Повинен бути для одноразового використання	