

Кюретка вакуумна JS,
розміри: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинна бути призначена для аспірації маткової порожнини у пацієнок акушерського і гінекологічного профілю; для лікувально-діагностичної аспірації вмісту черевної порожнини; інших видів аспірації.	
2	Повинна складатися з трубки, виготовленої з медичного прозорого полівінілхлориду (PVC), та конектора (адаптера), виготовленого з ABS-пластику.	
3	Повинна мати гладку поверхню.	
4	Повинна мати закритий атравматичний дистальний кінець заокругленої форми.	
5	Повинна мати два бокові отвори на дистальному кінці.	
6	Повинна мати розміри: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11	
7	Повинна бути стерильною, апрогенною та нетоксичною	
8	Повинна бути для одноразового використання.	
9	Повинна мати індивідуальне пакування.	