

Ланцет захищений розмір 18G (1.8мм глибина)

<b>№</b>	<b>Технічна вимога замовника</b>	<b>Відповідність (так/ні)</b>
1	Повинен бути призначений для для проколу шкіри (найчастіше, пальця) при заборі капілярної крові на аналіз	
2	Повинен бути типу скарифікатор-автомат (автоматичний скарифікатор)	
3	Повинен мати пластиковий корпус	
4	Повинен мати голку, виготовлену з нержавіючої сталі, закриту захисним ковпачком, а після використання голка повинна повертатися в корпус ланцета	
5	Повинен мати кнопку спуска голки на боковій частині корпусу ланцета	
6	Повинен мати силу проникнення $\leq 1,5$ Н	
7	Повинен мати розмір голки 18G (діаметр $1.24 \pm 0.03$ мм) з глибиною проколу шкіри $1.8 \pm 0.4$ мм	
8	Повинен мати кольорове кодування захисного ковпачку	
9	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
10	Повинен бути для одноразового використання.	
11	Повинен мати пакування по 100 шт. в упаковці	