

Ланцет захищений розмір 26G (1.8мм глибина);

Ланцет захищений розмір 26G (2.4мм глибина)

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинен бути призначений для для проколу шкіри (найчастіше, пальця) при заборі капілярної крові на аналіз	
2	Повинен бути типу скарифікатор-автомат (автоматичний скарифікатор)	
3	Повинен мати пластиковий корпус	
4	Повинен мати голку, виготовлену з нержавіючої сталі, закриту захисним ковпачком, а після використання голка повинна повертатися в корпус ланцета	
5	Повинен мати кнопку спуска голки на боковій частині корпусу ланцета	
6	Повинен мати силу проникнення $\leq 0,8$ Н	
7	Повинен мати розмір голки 26G (діаметр 0.46 ± 0.02 мм) з глибиною проколу шкіри 1.8 ± 0.4 мм; 2.4 ± 0.4 мм	
8	Повинен мати кольорове кодування захисного ковпачку	
9	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
10	Повинен бути для одноразового використання.	
11	Повинен мати пакування по 100 шт. в упаковці	