

## Ложка (шпатель) Фолькмана JS

<b>№</b>	<b>Технічна вимога замовника</b>	<b>Відповідність (так/ні)</b>
1	Повинна бути призначена для взяття матеріалу для бактеріологічного дослідження з поверхні слизової піхви, шийки матки, з цервікального каналу і уретри .	
2	Повинна складатися з рукоятки, на протилежних кінцях якої розміщені дві робочі частини у вигляді ложок різного розміру.	
3	Повинна бути виготовлена з теплопровідного, нетравматичного, білого АБС-пластику.	
4	Повинна мати розміри: Довжина 210± 3 мм Довжина робочої частини: 8 мм (з двох сторін)	
5	Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною.	
6	Повинна бути для одноразового використання.	
7	Повинна мати індивідуальне пакування.	