

Назва	Найменування складових	Медико-технічні вимоги
<b>Набір гінекологічний, комплектація 10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- пелюшка;</li> <li>- рукавички оглядові;</li> <li>- дзеркало гінекологічне;</li> <li>- щіточка ендocerвікальна;</li> <li>- шпатель цервікальний;</li> <li>- скло предметне;</li> <li>- бахіли.</li> </ul>	<p>Набір гінекологічний має мати наступний склад:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пелюшка 1шт., орієнтовним розміром 60x50 см, матеріал пелюшки ламінований спанбонд;</li> <li>- рукавички оглядові стерильні р.М – 2шт;</li> <li>- дзеркало гінекологічне стерильне (оксид етилену) з поворотньо-зубчастою фіксацією, розмір дзеркала М, матеріал дзеркала PS – 1шт.;</li> <li>- щіточка ендocerвікальна – 1шт.;</li> <li>- шпатель цервікальний – 1шт.;</li> <li>- скло предметне з орієнтовними розмірами 25x76 мм – 2шт.;</li> <li>- бахіли – 1пара.</li> </ul> <p>Щіточка ендocerвікальна повинна бути довжиною не менше 20 см, з робочою частиною 20мм, виготовленою з поліетиленової щітини, закріпленої на жорсткому скрученому дроті з нержавіючої сталі. Застосовується в гінекологічній практиці для отримання глибокого зіскрібка епітелію з цервікального каналу при проведенні гістологічного дослідження. Конструкція інструменту і жорсткість ворсинок має забезпечити оптимальне співвідношення травматичність/ефективність під час проведення маніпуляції.</p> <p>Шпатель цервікальний повинний бути призначений для одночасного забору біоматеріалу з поверхні слизової цервікального каналу, зіву і шийки матки для подальшого проведення цитологічних і бактеріологічних досліджень. Повинний бути виготовлений з еластичного медичного поліпропілену. На одному кінці шпателя повинно бути два заокруглених закінчення: перше - більш вузьке і довге з невеликим радіусом; друге - більш плоске і широке, що має трохи більший радіус, призначене для забору мазка з поверхні шийки матки. На протилежному кінці шпатель повинен мати звужене тупе закінчення з малим радіусом, що має одностороннє розширення та забезпечує взяття біоматеріалу з нижньої третини цервікального каналу. Повинний мати розміри: довжина 230± 2 мм; довжина ручки: 130мм.</p> <p>Набір повинен бути стерильним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути для одноразового використання</p>