

Назва	Найменування складових	Медико-технічні вимоги
Набір гінекологічний, комплектація 12	<ul style="list-style-type: none"> - пелюшка; - рукавички оглядові; - дзеркало гінекологічне; - щіточка ендocerвікальна; - шпатель цервікальний; - ложка Фолькмана; - скло предметне; - серветка волога; - бахіли. 	<p>Набір гінекологічний має мати наступний склад:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пелюшка 1шт., орієнтовним розміром 60x50 см, матеріал пелюшки ламінований спанбонд; - рукавички оглядові стерильні р.М – 2шт; - дзеркало гінекологічне стерильне (оксид етилену) з поворотньо-зубчастою фіксацією, розмір дзеркала М, матеріал дзеркала PS – 1шт.; - щіточка ендocerвікальна – 1шт.; - шпатель цервікальний – 1шт.; - ложка Фолькмана – 1шт.; - скло предметне з орієнтовними розмірами 25x76 мм – 2шт.; - серветка волога – 1шт.; - бахіли – 1пара. <p>Щіточка ендocerвікальна повинна бути довжиною не менше 20 см, з робочою частиною 20мм, виготовленою з поліетиленової щітини, закріпленої на жорсткому скрученому дроті з нержавіючої сталі. Застосовується в гінекологічній практиці для отримання глибокого зіскрібка епітелію з цервікального каналу при проведенні гістологічного дослідження. Конструкція інструменту і жорсткість ворсинок має забезпечити оптимальне співвідношення травматичність/ефективність під час проведення маніпуляції.</p> <p>Шпатель цервікальний повинний бути призначений для одночасного забору біоматеріалу з поверхні слизової цервікального каналу, зіву і шийки матки для подальшого проведення цитологічних і бактеріологічних досліджень. Повинний бути виготовлений з еластичного медичного поліпропілену. На одному кінці шпателя повинно бути два заокруглених закінчення: перше - більш вузьке і довге з невеликим радіусом; друге - більш плоске і широке, що має трохи більший радіус, призначене для забору мазка з поверхні шийки матки. На протилежному кінці шпатель повинен мати звужене тупе закінчення з малим радіусом, що має одностороннє розширення та забезпечує взяття біоматеріалу з нижньої третини цервікального каналу. Повинний мати розміри: довжина 230± 2 мм; довжина ручки: 130мм.</p> <p>Ложка (шпатель) Фолькмана повинна бути призначена для взяття матеріалу для бактеріологічного дослідження з поверхні слизової піхви, шийки матки, з цервікального каналу і уретри. Повинна складатися з рукоятки, на протилежних кінцях якої розміщені дві робочі частини у вигляді ложок різного розміру. Повинна бути виготовлена з теплопровідного, нетравматичного, білого АБС-пластику. Повинна мати розміри: довжина 210± 3 мм; довжина робочої частини: 8 мм (з двох сторін).</p> <p>Набір повинен бути стерильним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути для одноразового використання</p>