

Назва	Найменування складових	Медико-технічні вимоги
Набір гінекологічний, комплектація 3	<ul style="list-style-type: none"> - пелюшка; - рукавички оглядові; - дзеркало гінекологічне; - щіточка ендоцервікальна; - бахіли 	<p>Набір гінекологічний має мати наступний склад:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пелюшка 1шт., орієнтовним розміром 60x50 см, матеріал пелюшки ламінований спанбонд; - рукавички оглядові нітрилові стерильні р.М – 2шт; - дзеркало гінекологічне стерильне (оксид етилену) з поворотньо-зубчастою фіксацією, розмір дзеркала М, матеріал дзеркала PS – 1шт.; - щіточка ендоцервікальна – 1шт.; - бахіли – 1 пара. <p>Щіточка ендоцервікальна повинна бути довжиною не менше 20 см, з робочою частиною 20мм, виготовленою з поліетиленової щітини, закріпленої на жорсткому скрученому дроті з нержавіючої сталі. Застосовується в гінекологічній практиці для отримання глибокого зіскрібка епітелію з цервікального каналу при проведенні гістологічного дослідження. Конструкція інструменту і жорсткість ворсинок має забезпечити оптимальне співвідношення травматичність/ефективність під час проведення маніпуляції.</p> <p>Набір повинен бути стерильним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути для одноразового використання</p>