

Назва	Найменування складових	Медико-технічні вимоги
Набір отоларингологічний, комплектація 1	- дзеркало носове; - воронка вушна; - шпатель отоларингологічний.	<p>Набір отоларингологічний повинен бути призначений для проведення комплексних оглядів в ЛОР-практиці: риноскопії, отофарингоскопії, отоскопії.</p> <p>Набір повинен мати наступний склад:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дзеркало носове - 1шт (повинне бути виготовлене з ABS пластику та сталевієї пружини, довжина виробу 150 мм, довжина робочої голівки 28 мм); - воронка вушна - 2шт (повинна бути виготовлена з поліетилену, довжина воронок 35 мм, діаметр отвору Ø 4 мм та Ø 4,6 мм); - шпатель отоларингологічний - 1шт (шпатель отоларингологічний пластиковий підсилений повинен бути виготовлений з ABS пластику, поверхня має бути гладка, рівні бічні сторони та заокруглені торцеві краї, з обох сторін повинен мати по 3 ребра жорсткості, довжина виробу 175 мм) <p>Набір повинен бути стерильним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути для одноразового використання</p>