

Назва	Найменування складових	Медико-технічні вимоги
Набір отоларингологічний, комплектація 2	<ul style="list-style-type: none"> - дзеркало носове; - воронка вушна; - шпатель отоларингологічний; - серветка тришарова; - лоток; - аплікатор. 	<p>Набір отоларингологічний повинен бути призначений для проведення комплексних оглядів, лікувальних процедур і взяття проб на аналіз під час обстеження лор-органів.</p> <p>Набір повинен мати наступний склад:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дзеркало носове - 1шт (повинне бути виготовлене з ABS пластику та сталеві пружини, довжина виробу 150 мм, довжина робочої голівки 28 мм); - воронка вушна - 2шт (повинна бути виготовлена з поліетилену, довжина воронок 35 мм, діаметр отвору Ø 4 мм та Ø 4,6 мм); - шпатель отоларингологічний - 1шт (шпатель отоларингологічний пластиковий повинен бути виготовлений з прозорого пластику, поверхня має бути гладка, рівні бічні сторони та заокруглені торцеві краї, повинен мати розміри: довжина - 150 мм, ширина -19 мм, товщина - 2 мм); - серветка тришарова – 1шт (з розрізом, розмір 66x36 см); - лоток – 1шт (полімерний, для інструментів); - аплікатор – 4шт (з бавовняною кінцівкою, дерев'яний та пластиковий стрижень, довжина 150±3 мм) <p>Набір повинен бути стерильним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути для одноразового використання</p>