

Пайпель внутрішньоматковий JS

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинен бути призначений для взяття зразків секрету слизової оболонки матки (внутрішньоматкової біопсії ендометрія).	
2	Повинен складатися з двох частин: прозорий гнучкий поліпропіленовий зонд (катетер) та внутрішній пластиковий поршень, який пересувається всередині зонду.	
3	Повинен мати закритий, атравматичний дистальний кінець зонду заокругленої форми.	
4	Повинен мати 4 бічні отвори на дистальному кінці зонду.	
5	Повинен мати поршень циліндричної форми з ручкою для утримання і обмежувачем глибини введення в катетер.	
6	Повинен мати маркування глибини введення - від 2 до 12 см, з ціною поділки 1 см.	
7	Повинен мати розміри: Робоча довжина виробу: 235 мм; Довжина поршня: 265 мм	
8	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
9	Повинен бути для одноразового використання.	
10	Повинен мати індивідуальне пакування.	