

Пінцет 200 мм JS

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинен бути призначений для захвату/утримання предметів і перев'язувальних матеріалів, ватних і марлевих тампонів тощо під час лікувальних процедур і профілактичних оглядів	
2	Повинен бути виготовлений з ABS-пластику	
3	Повинен мати насічки на внутрішній стороні робочих кінчиків пінцета для надійного захвату/утримання предметів	
4	Повинен мати поперечне рифлення для пальців на зовнішній поверхні браншів	
5	Повинен мати довжину 200 мм	
6	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
7	Повинен бути для одноразового використання.	
8	Повинен мати індивідуальне пакування.	