

## Подовжувач для інфузійних магістралей JS

| <b>№</b> | <b>Технічна вимога замовника</b>   | <b>Відповідність<br/>(так/ні)</b> |
|----------|--|-----------------------------------|
| 1        | Повинен бути для застосування в інфузійній терапії для подовження інфузійних магістралей |                                   |
| 2        | Повинен мати подовжувальну лінію з конекторами типу "Луер Локк".                         |                                   |
| 3        | Повинен бути прозорим для візуалізації потоку.   |                                   |
| 4        | Повинен мати зовнішній діаметр 2,5 мм.   |                                   |
| 5        | Повинен мати внутрішній діаметр 1,2 мм.  |                                   |
| 6        | Повинен бути стійким до перегину.  |                                   |
| 7        | Повинен бути з полівінілхлориду.   |                                   |
| 8        | Повинен мати довжину подовжувальної лінії не менше 1500 мм.                              |                                   |
| 9        | Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.                                     |                                   |
| 10       | Повинен бути для одноразового використання.  |                                   |
| 11       | Повинен мати індивідуальне пакування.  |                                   |