

Рукавички медичні оглядові нітрилові JS нестерильні неприпудрені, розмір XS, S, M, L, XL

<b>№</b>	<b>Технічна вимога замовника</b>	<b>Відповідність (так/ні)</b>
1	Рукавички медичні оглядові повинні бути призначені для оглядових процедур та захисту від інфекцій	
2	Повинні бути виготовлені з матеріалу – нітрил	
3	Повинні бути нестерильні	
4	Повинні бути неприпудрені	
5	Повинні мати текстуровану поверхню пальців та валик на манжеті	
6	Повинні мати довжину не менше 230мм	
7	Повинні мати товщину долоні не менше 0,04мм	
8	Повинні мати розміри XS, S, M, L, XL	
9	Повинні мати фіолетовий колір	
10	Повинні бути для одноразового використання	
11	Повинні мати пакування по 50 пар (100 шт.) в упаковці	