

Сечоприймач 2000 мл JS, зі зливним клапаном та з'єднувальною трубкою 90см

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинен застосовуватися для збору сечі (урини) через катетер із сечового міхура у дорослих.	
2	Повинен мати об'єм, не менше 2 000 мл.	
3	Повинен бути виготовлений з поліетилену	
4	Повинен складатись з : - мішка для збору урини; - клапана зливу; - з'єднувальної трубки.	
5	Повинен мати прозорі стінки мішка	
6	Повинен мати довгу гнучку трубку 90см	
7	Повинен мати конічний конектор з ковпачком.	
8	Повинен мати клапан проти зворотного току сечі.	
9	Повинен підходити до будь-якого розміру і типу катетера.	
10	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
11	Повинен бути для одноразового використання.	
12	Повинен мати індивідуальне пакування.	