

Сечоприймач 750мл з клапаном та кріпленням для ноги, JS

№	Технічна вимога замовника	Відповідність (так/ні)
1	Повинен бути призначений для збору сечі через катетер із сечового міхура.	
2	Повинен мати об'єм не менше 750 мл.	
3	Повинен бути виготовлений з поліетилену	
4	Повинен складатись з : - мішка для збору урини; - клапана зливу; - з'єднувальної трубки.	
5	Повинен мати довжину трубки 28 ± 2 см.	
6	Повинен мати градування.	
7	Повинен мати прозорі стінки мішка	
8	Повинен мати конічний конектор з ковпачком.	
9	Повинен мати клапан проти зворотного току сечі.	
10	Повинен мати спускний кран.	
11	Повинен мати відповідні кріплення та еластичні стрічки для ноги із застібками.	
12	Повинен підходити до будь-якого розміру і типу катетера.	
13	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
14	Повинен бути для одноразового використання.	
15	Повинен мати індивідуальне пакування.	