

## Сечоприймач дитячий 100 мл, JS

<b>№</b>	<b>Технічна вимога замовника</b>	<b>Відповідність (так/ні)</b>
1	Повинен бути призначений для збору сечі у немовлят (універсальний)	
2	Повинен мати об'єм не менше 100 мл.	
3	Повинен мати шкалу градування від 10 мл до 100 мл	
4	Повинен бути виготовлений з поліетилену	
5	Повинен мати прозорі стінки мішка	
6	Повинен мати отвір, адаптований під фізіологічні особливості хлопчиків і дівчат	
7	Повинен мати гіпоалергенний фіксуєчий пристрій, який забезпечує надійне прилягання та дозволяє легко приклеювати та знімати сечоприймач	
8	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.	
9	Повинен бути для одноразового використання.	
10	Повинен мати індивідуальне пакування.	